

Campinas, 14 de março de 2023.

AO
MUNICÍPIO DE NOVA ERA
NOVA ERA – MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSOM COMPLETO COM NOBREAK E IMPRESSORA COLORIDA**, para atender a Secretaria de Saúde conforme características, especificações e quantidades constantes no ANEXO I, deste Edital.

REF.: A PEDIDO DE ALTERAÇÃO

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem, solicitar alteração no Anexo I – Termo de Referência do Edital em anexo **ITEM 01 – APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações:

- ➔ **Onde se lê:** Saídas de vídeo padrão HDMI, S-Video e VGA.
- ➔ **Alterar para:** Saídas de vídeo padrão HDMI e DVI.
- ➔ **Justificativa:** A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

- ➔ **Onde se lê:** Frame rate maior que 2000 quadros por segundo;
- ➔ **Alterar para:** Frame rate maior que 1000 quadros por segundo;
- ➔ **Justificativa:** A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias e assim permitir um maior número de participantes no certame. Ressaltamos que a solicitação não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem e se faz necessária visando manter a isonomia do processo licitatório conforme a Lei 8.666.

- ➔ **Onde se lê:** Ferramentas de assistência a medidas de Biometria Fetal semiautomáticas
- ➔ **Alterar para:** [RETIRAR]
- ➔ **Justificativa:** A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alterações acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP